

Warszawa, dn. 05.07.2017 r.

**Politechnika Warszawska**  
**Wydział Inżynierii Produkcji**  
02-524 WARSZAWA, ul. Narbutta 85

Nr. sprawy **2/2017/WIP-ITW**

Dot.: postępowania przetargowego na „**Dostawę reometru**”. W związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) udziela wyjaśnień:

**Pyt.** W opisie przedmiotu zamówienia wymagają Państwo dostawy urządzenia czyszczącego (m.in. automatyczne urządzenie czyszczące, przedmuch gazem obojętnym). Czy dopuszczają Państwo dostawę urządzenia czyszczącego, ale bez przedmuchu gazem obojętnym ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza dostawę reometru z urządzeniem czyszczącym bez przedmuchu gazem obojętnym.

Zamawiający:

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa  
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji  
Politechnika Warszawska